



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭСС Сибирь"
634067, Российская Федерация, Томская область, г.Томск, Кузовлевский тракт, д. 2/23
телефон/факс: +7 (3822) 70 20 53 siberia@tessholding.ru www.tessholding.ru
ОГРН 1125543040985 ИНН 5504233035 КПП 701701001
р/с 40702810904000014975 в Сибирском филиале ПАО "Промсвязьбанк"
Операционный офис "Томский" БИК 045004816
к/с 30101810500000000816 Сибирское ГУ Банка

Отзыв о работе прибора Мико - 8М(А)

За период эксплуатации прибора в течение двух месяцев выявлены следующие (положительные моменты) достоинства:

1. Встроенная аккумуляторная батарея позволяет производить измерения без подключения прибора к сети.
2. Проверка целостности цепи объекта измерений позволяет убедиться в правильности подключения прибора.
3. Наличие сенсорного экрана и кнопок позволяет надежно управлять прибором.
4. Расширенный диапазон измерения по сравнению с Мико-7 до 10 КОм позволяет делать замеры сопротивления обмоток трансформаторов напряжения.
5. Наличие архива обеспечивает удобство обработки результатов при многочисленных замерах различных объектов измерения.

Выявленные замечания:

1. Надпись «Идет измерение не разрывайте цепь» слишком мелкая, при солнечном свете малозаметно (стоит увеличить шрифт всех надписей).
2. Звуковой сигнал необходимо увеличить громкость т.к. в условиях повышенного шума его не слышно (в Мико-7 звуковой сигнал намного сильнее).
3. Для удобства набора текста на клавиатуре добавить виртуальную клавиатуру QWERTY.

Начальник цеха:

Николаев Алексей Николаевич