№А-0607

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Департамент технической политики
о регистрации № МТ 033.2022

Действительно до 22.11.2026 г.

Настоящее свидетельство о регистрации удостоверяет, что идентифицированные надлежащим образом

Устройства мониторинга высоковольтного выключателя УМВВ-1.1

выпускаемые *ООО «СКБ ЭП», 196140, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Кокколевская, д. 1, лит. А, пом. 42-Н*

по документам *Технические условия ТУ 26.51.45-150-41770454-2018, описание типа средств измерений (регистрационный номер 83771-21)* соответствуют метрологическим нормам и требованиям, установленным в этих документах и предназначены *для измерений силы переменного тока, протекающего через главные контакты выключателя в момент его включения/отключения под рабочим напряжением, а также сигналов от термопреобразователей сопротивления.*

Зарегистрировано в Реестре средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений, применяемых в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» в разделе *«Средства измерений»* под № МТ 033.2022

Свидетельство выдано головной структурой метрологической службы открытого акционерного общества «Российские железные дороги» - Департаментом технической политики ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1

Заместитель начальника Департамента технической политики ОАО «РЖД» Л.Ю.Никольская

14.06.2022 г.