ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИКИ
им. Л.А.МЕЛЕНТЬЕВА
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИСЭМ СО РАН)

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130
Тел. (3952) 42-47-00
Факс (3952) 42-67-96
E-mail: info@isem.irk.ru
http://isem.irk.ru
от 30.11.2017 № _____
на № _____ от _____

ЭКСПЕРТИЗА

на инновационность миллиомметра МИКО-7М ТУ 26.51.43-141-41770454-2017

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем энергетики имени Л.А.Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Врио директора института член кор. РАН, д.т.н., профессора В.А. Стенникова выполнило данную ЭКСПЕРТИЗУ миллиомметра МИКО-7М для измерения электрического сопротивления постоянному току в индуктивных и безиндуктивных цепях в диапазоне 10 мкОм÷1 кОм в соответствии с Приказом Минэнерго России от 25/12/2015 №1026 «Критерии отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции» и стандартом СТО РЖД 08.014-2011 «Инновационная деятельность в ОАО «РЖД». Требования к закупкам инновационной продукции технического назначения».

РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕРТИЗЫ:

Новизна продукции

Миллиомметр МИКО-7М предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току в индуктивных и безиндуктивных цепях в диапазоне 10 мкОм÷1 кОм с основной относительной погрешностью измерений ± 0,1% и позволяет оценивать техническое состояние:

- обмоток силовых трансформаторов и реакторов;
- обмоток генераторов и двигателей;
- обмоток трансформаторов тока и напряжения;
- главных контактов высоковольтных выключателей (в т.ч. со встроенными трансформаторами тока), размыкателей и разъединителей;
- болтовых, сварных и паяных соединений токопроводов и шин;
- контактов механических реле, контакторов и пускателей.

Высокий технический уровень

Соответствие приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники РФ

Новые потребительские свойства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Прибор МИКО-7М ТУ 26.51.43-141-41770454-2017, в соответствии с критериями, предусмотренными Приказом Минэнерго России от 25/12/2015 №1026 «Критерии отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции» и стандартом СТО РЖД 08.014-2011 «Инновационная деятельность в ОАО «РЖД». Требования к закупкам инновационной продукции технического назначения», является инновационной продукцией.

Врио директора института,
член кор. РАН, д.т.н., профессор В.А. Стенников