



Завод Москабель

ООО «Завод Москабель»

ул. 2-я Кабельная, д.2 стр.2,
г. Москва, Россия, 111024
Тел.: +7 (495) 673-52-81
E-mail: sale@ck.mkm.ru

**Генеральному директору
ООО «СКБ ЭП»
О.Н. Екатериной**

Отзыв о работе прибора

Уважаемая Ольга Николаевна!

В настоящее время в процессе производства токопроводящих жил на ООО «Завод Москабель» применяется микрометр МИКО-10 при постоперационном контроле при наладке производства ТПЖ 1-2 класса гибкости по ГОСТ 22483-2012 для определения сопротивления ТПЖ. Компактный размер прибора позволяет применять его в условиях ограниченного пространства, в то же время показания прибора значительно различаются между собой на одном участке при серии последовательных измерений. В данный момент применение прибора позволяет сократить заправочную длину на 1-3 метра.

По состоянию на текущий момент мы можем рекомендовать прибор МИКО-10 для применения в условиях производителей кабельно-проводниковой продукции с большой осторожностью.

Заместитель директора
по технологии и развитию

Д.И. Соломатин