



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«ОКТАБРЬ»



IRIS
Certification

Российская Федерация, 623420, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 8
телефон: /3439/ 322-279 факс: /3439/ 325-207, 339-692
http://www.neywa.ru, e-mail: october@neywa.ru
ОГРН 1026600932566 ИНН 6612001971

383095

15.08.2018г. О039/177
№ _____

На № _____ от _____

Начальнику отдела
сбыта и маркетинга
ООО "СКБ ЭП"
Екатериной Т.А.

664033, г. Иркутск,
ул. Лермонтова, 130, а/я 407

На запрос отзыва об использовании прибора производства Вашего предприятия, сообщаю, что на ФГУП "ПО "Октябрь" использовался миллиметр МИКО-7, время эксплуатации составило 1 год.

Данным прибором проверялось переходное сопротивление контактных областей, заземления корпусов изделий.

В эксплуатации прибор удобен, возможно подключение прибора к компьютеру и управление с компьютера, имеется возможность сохранения результатов измерений. Но есть и недостаток: неудобно проводить измерения на контактных площадках менее 20×20мм (нет повторяемости измерений, большая погрешность измерений).

Прибор используется в качестве стандартного миллиметра, приобретался на замену вышедшего из строя прибора, поэтому экономический эффект отсутствует.

Данный прибор можно рекомендовать для проведения электротехнических работ по обслуживанию оборудования для проверки заземления оборудования, переходных сопротивлений, контактов разъёмов и переходных колодок.

Главный метролог



А.В. Костоусов

Исполнитель:
Костоусов Андрей Валерьевич
(3439) 33-93-66
e-mail: metr@neywa.ru