



## ООО «Сервисная компания»

443051, г. Самара, ул. Дальневосточная, дом 2А, офис 201  
ОГРН 1106311002544, ИНН 6311121023 КПП 631201001,  
Р/с 40702810154400015753

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара  
к/с30101810200000000607, БИК 043601607

Тел./факс: (846) 373-81-37, e-mail: info@servcompany.ru

Генеральному директору  
ООО «СКБ ЭП»  
О.Н. Екатериненой

Отзыв о работе прибора «Вниманию ООО «ТД СКБ ЭП»

Уважаемая Ольга Николаевна!

Направляю Вам отзыв о работе прибора миллиомметр «МИКО-7МА», данный отзыв составлен на основании годовой эксплуатации данного прибора в различных метеоусловиях и на различных объектах измерения.

Миллиомметр «МИКО-7МА» в большинстве случаев используется для измерения параметров трансформаторов, а именно для измерения сопротивления обмоток постоянному току, а так же для измерения переходных сопротивлений коммутационных аппаратов при пусконаладочных работах а так же в процессе эксплуатации.

В процессе эксплуатации существенных замечаний к прибору не было за исключением очень длительной зарядки, но это замечание считаю не существенным так как это скорее всего было связано с низкой температурой аккумулятора после транспортировки. Считаю данный прибор лучше конкурента SONEL MMR600, так как измерения происходят быстрее, заряда аккумулятора хватает на большее время, а так же прибор работает более «Стабильнее».

Из улучшений хотелось бы более длинных проводов, а так же чтобы коннекторы которые на них установлены со стороны присоединения зажимов «Крокодил» имели бы более жесткую фиксацию к данным зажимам.

В заключении хотелось бы отметить, то что Миллиомметр «МИКО-7МА» удобен в эксплуатации и на данный момент надежен. Прибор был куплен по рекомендации смежной организации которая использует его уже давно, именно поэтому могу порекомендовать его для вышеперечисленных работ.

Нач. ЭТЛ ООО «СК»



Лукьянчик М.Н.