



# Общество с ограниченной ответственностью «Уралэлектрострой»

« 17 » 08 20 20 г. № 02/17-20  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «СКБ ЭП»  
Екатериной О.Н.

Отзыв на прибор МИКО-2.3

Уважаемая Ольга Николаевна!

Нашей компанией в 2015 году был приобретен прибор МИКО-2.3 на замену прибора МИКО-1. В указанных приборах нашим сотрудникам нравится универсальность прибора и его размеры. Удобные сумки для переноса, в которые можно сложить все кабели и необходимые инструменты. Из особенностей прибора выделим не большую продолжительность работы от одного заряда аккумулятора (хватает на 2-5 замеров на большом токе), однако это компенсируется его быстрой зарядкой от сети. Прибором можно проводить измерения на большом диапазоне и токах до 1000А. За время использования прибора сбоев в его работе не было выявлено.

Учитывая вышесказанное, можем рекомендовать МИКО-2.3 для различных лабораторий (передвижных и стационарных) и разрешаем использовать отзыв в рекламных целях.

С уважением,  
Заместитель главного инженера



Логутов А.П.