№А-0587

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

## Департамент технической политики
## о регистрации № МТ 013.2022

Действительно до 7.09.2026 г.

Настоящее свидетельство о регистрации удостоверяет, что идентифицированные надлежащим образом

***Микроомметры МИКО-10***

выпускаемые *ООО «СКБ ЭП», 196140, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Кокколевская, д. 1, лит. А, пом. 42-Н*

по документам *Технические условия ТУ 4221-142-41770454-2016, описание типа средства измерений (регистрационный номер 64967-16)* соответствуют метрологическим нормам и требованиям, установленным в этих документах и предназначены *для измерений переходного сопротивления контактов высоковольтных выключателей, размыкателей, соединителей, разъединителей, контакторов и реле; шин, проводов и кабелей; болтовых, заклепочных, сварных и паяных соединений токопроводов, трубопроводов.*

**Зарегистрировано в Реестре средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений, применяемых в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» в разделе *«Средства измерений»* под № МТ 013.2022**

Свидетельство выдано головной структурой метрологической службы открытого акционерного общества «Российские железные дороги» - Департаментом технической политики ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1

Заместитель начальника Департамента технической политики ОАО «РЖД» Л.Ю.Никольская

25.03.2022 г.