

Исх. № б/н от 21.12.2017 г.

Информационное письмо

Данным письмом сообщаем, что прибор миллиметр МИКО-8 снять с производства. Вместо него будет выпускаться модернизированный прибор МИКО-8М, который обладает рядом преимуществ:

1. Экран стал сенсорным цветным графическим с TFT дисплеем (5") – наличие сенсорного экрана особенно удобно для работы в режиме DRM;
2. Новый интерфейс прибора;
3. Наличие специализированных режимов измерения для различных объектов, учитывающие их специфические особенности (10 объектов);
4. Добавлен режим измерения безындуктивной нагрузки (время измерения 2-4 секунды против 20 секунд);
5. Улучшен режим DRM, а именно разрешение по амплитуде тока и времени (с 8 бит до 12 бит и с 5 кГц до 10 кГц, соответственно);
6. Встроенная память до 1000 измерений;
7. Улучшена степень защиты прибора в рабочем положении с IP20 до IP40 (в открытом положении);
8. Масса без аккумулятора 2,7 кг (с аккумулятором 4 кг), что на 0,5 кг меньше чем у старого прибора;
9. Встроенный аккумулятор (МИКО-8МА).

С уважением,

заместитель начальника ОСиМ



Т.А. Максимова